

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. ...22.01... 2018 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego z ogłoszeniem

Dotyczy: Zakup i dostawę zestawu baterii CHARGE-PAK oraz elektrod QUIK-PAK do Defibrilatora „LIFEPAK CR Plus” wraz z ich wymianą w siedzibie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z ogłoszenie,

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający ze względu na brak możliwości zaoferowania oddzielnie elektrod QUICK Pack oraz baterii CHARGE Pack (jest to jeden zestaw) będzie wymagał aby oferta była kompleksowa czyli uwzględniała dwie pozycje ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zestaw tzn.1 szt baterii CHARGE-PAK oraz 2 pary elektrod QUIK-PAK (razem 20 zestawów)

Zamawiający podkreśla, iż niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania. Pozostałe zapisy zapytania nie ulegają zmianom.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na e-mail: e.dudek@modlinairport.pl

Szef Biura Finansów


Hubert Wiktorowski


PREZES ZARZĄDU
P.O.
Leszek Chorzewski